

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ААС.РТР.00316

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Комбикорм-2024

Наименование лаборатории и организации:

**Испытательная лаборатория ООО "Брянский бройлер"**

Кодовый № лаборатории: **K1064**

| Образец                                | Контролируемый показатель,<br>ед. изм.                        | Результат<br>испытания | Значение $Z(Z')$ -<br>индекса* | Заключение         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Наименование объекта: Комбикорм</b> |                                                               |                        |                                |                    |
| Корм-24                                | Массовая доля влаги, %                                        | 10.8                   | $Z = 1.07$                     | Сигнал отсутствует |
| Корм-24                                | Массовая доля золы, не<br>растворимой в соляной<br>кислоте, % | 1.2                    | $(Z' = 1.20)$                  | Сигнал отсутствует |
| Корм-24                                | Массовая доля сырого<br>протеина, %                           | 16.2                   | $(Z' = -0.90)$                 | Сигнал отсутствует |

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 026D89570093B1E98741012E5D64147BCC  
Владелец: Васина Екатерина Владимировна  
Действителен: с 18.06.2024 по 18.09.25

Е.В. Васина

01.08.2024

Является приложением к отчету № Комбикорм-2024 от 01.08.2024 г. , без отчета недействительно.